

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

**N 184**

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội  
ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244  
Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness



## GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N<sup>o</sup>): M.235.17N

Tên phương tiện đo/Measuring instrument: **Cân bàn TPS 150DH**

Kiểu/Type: **Điện tử - Hiện số** Số/Serial N<sup>o</sup>: **5717022297**

Cơ sở sản xuất/Manufacturer: **Công ty cổ phần cân điện tử Thịnh Phát** Hình thức KĐ **Bắt buộc**

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: **Max = 150 kg**
- Giá trị độ chia kiểm: **e = d = 0.02 kg**
- Mức cân nhỏ nhất: **Min = 0.4 kg**
- Cân cấp chính xác: **3**

Nơi sử dụng/place: **Số 160/40, Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An. Tp Biên Hòa, T Đồng Nai**

Đơn vị sử dụng/User: **Công ty cổ phần Nutrifarm**

Phương pháp kiểm định/The method used: **ĐLVN 14:2009**

Kết luận/Conclusions: **Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường**

Tem kiểm định số/Verification stamp N<sup>o</sup>: **14A-04443**

Có giá trị đến/ Valid until: **28-02-2018**

Kiểm định viên  
Verifier

**Lê Danh Huy**

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017  
(Date of issue)

**GIÁM ĐỐC**  
Director



**Nguyễn Trọng Lợi**

(\*). Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản  
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)